

Test de grossesse avec Indicateur de Semaines

- Si vous effectuez le test à la date prévue de vos règles, vous pouvez le faire à n'importe quel moment du jour pour découvrir si vous êtes enceinte.
- Si vous effectuez le test avant la date prévue de vos règles, utilisez votre première urine au réveil.
- Pour obtenir un résultat d'Indicateur de Semaines précis, vous devez utiliser la première urine au réveil.
- Évitez de trop boire avant de faire le test.
- **Veuillez lire cette notice attentivement avant d'effectuer un test.**

1 Faites le test

Lorsque vous êtes prête à effectuer le test, retirez le bâtonnet-test de sa pochette protectrice et enlevez le capuchon bleu. Utilisez le bâtonnet-test immédiatement.



N'orientez **jamais** l'extrémité absorbante vers le haut pendant le test.

VOUS AVEZ DEUX POSSIBILITÉS
Effectuez le test sous votre jet d'urine

OU

Recueillez un échantillon d'urine dans un récipient propre et sec

- Placez simplement l'extrémité absorbante orientée vers le bas sous votre jet d'urine **pendant 5 secondes seulement.**
- Prenez soin de ne pas mouiller le reste du bâtonnet-test.
- Vous pouvez remettre le capuchon si vous le souhaitez et poser le bâtonnet-test à plat.



- Immergez uniquement l'extrémité absorbante orientée vers le bas dans votre urine **pendant 20 secondes seulement.**
- Vous pouvez remettre le capuchon si vous le souhaitez et poser le bâtonnet-test à plat.



2 Patientez...

- Le sablier clignote pour vous indiquer que le test est en cours.
- Votre résultat apparaît lorsque le sablier cesse de clignoter. Si le sablier n'apparaît pas après le test, reportez-vous à la question 6.



3 Lisez votre résultat

- L'**Indicateur de Semaines** vous fournit une estimation de la date de conception. Ce renseignement s'affiche sur l'écran en même temps que le résultat « Enceinte ».
- Le résultat apparaît à l'écran après **trois minutes.**
 - Le résultat « Enceinte » peut être affiché **avant** le résultat de l'Indicateur de Semaines. **Patiencez encore** jusqu'à ce que le sablier cesse de clignoter pour lire le résultat de l'Indicateur de Semaines. Cela peut prendre jusqu'à trois minutes.
 - Certains résultats peuvent apparaître en moins d'une minute.
 - Votre résultat restera affiché à l'écran pendant 24 heures environ.
 - Si votre résultat est « Enceinte », vous devez consulter votre médecin, qui pourra vous conseiller sur les étapes suivantes. Votre médecin calculera le stade de votre grossesse en fonction du premier jour de vos dernières règles.
 - La conception survient deux semaines environ avant le début de vos prochaines règles. L'Indicateur de Semaines vous fournit une estimation de la date de conception.

- L'Indicateur de Semaines est précis à 93 % pour estimer la date de conception. L'estimation s'appuie sur la concentration de l'hormone de grossesse hCG (gonadotrophine chorionique humaine) dans votre urine. La concentration de l'hormone hCG varie d'une femme à l'autre; c'est pourquoi l'Indicateur de Semaines peut parfois donner des résultats inexacts. Le résultat « Enceinte »/« Pas Enceinte » est précis à plus de 99 % lorsque le test est effectué à la date prévue de vos règles.

Erreurs lors du test

Veuillez lire la rubrique « Erreurs de test » si vous avez utilisé le bâtonnet-test et que l'écran n'indique aucun des résultats figurant sur cette page.

Interprétation des résultats

Résultats	Nombre de semaines depuis la conception	Comment votre médecin déterminera le stade de votre grossesse (selon un cycle de 28 jours*)
Not Pregnant Pas Enceinte	Si votre résultat indique « Pas Enceinte », reportez-vous à la question 13.	-
Pregnant Enceinte 1-2	Votre résultat indique « Enceinte » et la conception remonte à 1-2 semaines.	3 à 4 semaines
Pregnant Enceinte 2-3	Votre résultat indique « Enceinte » et la conception remonte à 2 à 3 semaines.	4 à 5 semaines
Pregnant Enceinte 3+	Votre résultat indique « Enceinte » et la conception remonte à plus de 3 semaines.	5 semaines et plus

*Votre médecin déterminera le stade de votre grossesse à partir du premier jour de vos dernières règles, et non à partir de la date de conception.

Questions et réponses

1 Comment le test Clearblue avec Indicateur de Semaines fonctionne-t-il? Lorsque vous êtes enceinte, votre organisme sécrète l'hormone de grossesse hCG (gonadotrophine chorionique humaine). Le taux de l'hCG présente dans votre corps augmente au cours des premières étapes de la grossesse. Le test peut détecter des quantités infimes de cette hormone dans votre urine (la sensibilité de ce test est de 25 mIU/ml). L'Indicateur de Semaines vous fournit une estimation de la date de conception en fonction de la concentration de l'hormone hCG dans votre urine.

2 **Avec quel degré de précision le test Clearblue avec Indicateur de Semaines détecte-t-il la grossesse?** Des tests en laboratoire ont montré que le test Clearblue avec Indicateur de Semaines est précis à plus de 99 % pour détecter si vous êtes enceinte ou non lorsque le test est effectué à la date prévue de vos règles. Si vous effectuez le test avant la date prévue de vos règles et obtenez le résultat « Pas enceinte », il est tout de même possible que vous soyez enceinte. Voir la question 4.

3 **Quel est le degré de précision de l'Indicateur de Semaines?** L'Indicateur de Semaines est précis à 93 % pour estimer la date de conception. L'estimation s'appuie sur la concentration de l'hormone hCG dans votre urine. La concentration de l'hormone hCG varie d'une femme à l'autre; c'est pourquoi l'Indicateur de Semaines peut parfois donner des résultats inexacts. Il a été démontré que les résultats de l'Indicateur de Semaines correspondaient à 97 % à ceux de l'échographie de datation tardive (11-13 semaines). Résultat basé sur des comparaisons effectuées entre 187 femmes (1-2, 2-3, ou 3+ semaines depuis la conception) avec l'échographie de datation. Si vous effectuez le test plus de six semaines après la conception, l'Indicateur de Semaines peut donner des résultats inattendus. Cela est dû au fait que la concentration de l'hormone hCG dans l'urine est trop élevée pour que le test fournisse une estimation précise du nombre de semaines depuis la conception.

4 **Quand puis-je utiliser le test Clearblue avec Indicateur de Semaines?** Vous pouvez effectuer un test jusqu'à 5 jours avant l'absence de vos règles, ce qui correspond à 4 jours avant la date prévue de vos règles. Si vous effectuez le test avant la date prévue de vos règles et obtenez le résultat « Pas enceinte », il est tout de même possible que vous soyez enceinte. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les résultats des essais cliniques effectués sur des échantillons prélevés en tout début de grossesse.

5 **Certains médicaments ou certains états pathologiques peuvent-ils avoir une incidence sur le résultat?**

- Avant d'effectuer un test, lisez toujours les instructions du fabricant concernant les médicaments que vous prenez.
- Les inducteurs d'ovulation contenant l'hormone hCG peuvent fausser les résultats. Ces traitements sont habituellement administrés par injection et un test effectué trop rapidement après l'injection peut donner un faux résultat « Enceinte ».
- D'autres traitements de fertilité (comme le citrate de clomifène), les analgésiques et les contraceptifs hormonaux (p. ex. la pilule contraceptive) ne devraient pas nuire au résultat.
- Si vous avez récemment arrêté de prendre un contraceptif hormonal ou si vous prenez un traitement de l'infertilité comme du citrate de clomifène, votre cycle peut être irrégulier, ce qui peut vous amener à effectuer le test trop tôt.
- Si vous avez été enceinte récemment (même si la grossesse n'a pas été menée à terme), il est possible que vous obteniez un faux résultat « Enceinte ».
- Si vous approchez de la période de ménopause, vous pouvez obtenir un faux résultat « Enceinte », même si vous n'êtes pas enceinte.
- Une grossesse extra-utérine et des kystes de l'ovaire peuvent entraîner des résultats erronés.
- Des grossesses multiples et extra-utérines peuvent entraîner des résultats erronés estimés par l'Indicateur de Semaines. Si vous obtenez des résultats inattendus, il est conseillé d'en parler à votre médecin.

6 **J'ai utilisé le test, mais le sablier n'est pas apparu. Qu'est-ce que cela signifie?** Le test n'a pas fonctionné correctement. Reportez-vous aux erreurs de test.

7 **J'ai utilisé le test, mais aucun résultat ne s'est affiché à l'écran. Qu'est-ce que cela signifie?** Votre résultat doit apparaître à l'écran après trois minutes. Si aucun résultat ne s'affiche, veuillez vous reporter à la rubrique Erreurs de test.

8 **Mon test indique que je suis enceinte. Que dois-je faire?** Si votre résultat est « Enceinte », vous devez consulter votre médecin, qui pourra vous conseiller sur les étapes suivantes. L'Indicateur de Semaines vous donne uniquement une estimation de la date de conception. Votre médecin évaluera le stade de votre grossesse en fonction du premier jour de vos dernières règles. La conception survient deux semaines environ avant le début de vos prochaines règles.

9 **Mon test indique que je suis enceinte, mais je ne pense pas que la date de conception affichée par l'Indicateur de Semaines soit correcte. Est-ce possible?** L'Indicateur de Semaines est précis à 93 % lorsque le test est effectué avec la première urine du jour. Certains médicaments ou certains états pathologiques peuvent avoir une incidence sur le résultat. Voir la question 5.

10 **J'ai effectué le test hier et le résultat indiquait « Enceinte ». J'ai de nouveau effectué le test aujourd'hui, et le nombre de semaines depuis la conception est inférieur au précédent d'après l'Indicateur de Semaines. Que dois-je faire?** La concentration de l'hormone hCG varie au fur et à mesure qu'elle augmente. Il est donc possible que l'Indicateur de Semaines donne des résultats inattendus si vous effectuez le test deux jours de suite. Effectuez de nouveau le test dans cinq jours et si l'Indicateur de Semaines continue à afficher un nombre de semaines inférieur au précédent, reportez-vous à la question 12.

11 **J'ai effectué le test auparavant et le résultat indiquait « Enceinte », mais j'ai de nouveau effectué le test et le résultat indiquait « Pas enceinte », ou j'ai eu mes règles. Qu'est-ce que cela signifie?** Bien que le test soit précis à plus de 99 % pour détecter l'hormone de grossesse à la date prévue de vos règles, il est possible d'obtenir un résultat « Enceinte », pour découvrir plus tard que vous n'êtes pas enceinte (p.ex. vous pouvez éventuellement obtenir un résultat « Pas enceinte », ou vous pouvez avoir vos règles). Cela peut être causé par une fausse-couche aux premiers stades de la grossesse, également connu sous le nom de « fausse-couche en tout début de grossesse », qui est malheureusement un phénomène commun, puisqu'environ 1 grossesse sur 4 se termine en fausse-couche en tout début de grossesse. Si vous obtenez des résultats inattendus, consultez votre médecin.

12 **J'ai effectué le test il y a une semaine et le résultat indiquait « Enceinte ». J'ai de nouveau effectué le test, et le nombre de semaines depuis la conception est inférieur au précédent d'après l'Indicateur de Semaines. Que dois-je faire?** Si vous avez effectué le test en suivant le mode d'emploi et en utilisant la première urine du jour dans les deux cas, et que l'Indicateur de Semaines a donné des résultats inattendus, vous devez consulter votre médecin.

13 **Mon test indique que je ne suis « Pas enceinte ». Que dois-je faire?** Il est possible que vous ne soyez pas enceinte, que la concentration de l'hormone de grossesse ne soit pas encore assez élevée pour être détectée ou que vous ayez mal calculé la date prévue de vos règles.

- Si vous avez fait un test avant la date prévue de vos règles, refaites un test à la date prévue de vos règles.
- Si vos règles sont en retard, attendez trois jours et refaites un test. Si vous obtenez à nouveau le résultat « Pas enceinte » et si vous n'avez toujours pas eu vos règles, consultez votre médecin.

Test précoce				
Nombre de jours avant la date prévue des règles	-1	-2	-3	-4
% d'échantillons de femmes enceintes donnant le résultat « Enceinte »	98	97	90	65

Si le résultat indique « Pas enceinte », et si vous soupçonnez malgré tout une grossesse, reportez-vous à la question 13. Pour déterminer la date prévue de vos règles, calculez la durée habituelle de votre cycle en comptant le nombre de jours à partir du premier jour de vos menstruations jusqu'au jour qui précède vos prochaines règles. Si vos cycles sont irréguliers, tenez compte de votre cycle le plus long dans les derniers mois avant d'effectuer le test.

Cet appareil numérique de diagnostic in vitro est conforme à la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada, gestion du spectre et télécommunications. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Les contre-mesures CEM utilisées dans cet instrument électronique offriront une protection raisonnable contre les effets de l'interférence électromagnétique typiques des environnements domestiques. N'utilisez pas cet instrument à proximité de sources de fortes radiations électromagnétiques (telles que des téléphones mobiles), qui pourraient nuire à son bon fonctionnement.

Pour usage personnel à domicile. Pour usage diagnostic *in vitro*. Réservé à un usage externe. Ne pas réutiliser. Tenir hors de la portée des enfants. Conserver entre 2 et 30 °C. Laissez reposer à température ambiante pendant 30 minutes avant utilisation si le test est conservé à réfrigérateur. Ne pas utiliser si la pochette protectrice est endommagée. Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation. Ce produit contient des piles. Les jeter conformément à la réglementation locale. Contient des pièces de petite taille. Ne pas ingérer les composants de cet appareil. En cas d'ingestion accidentelle, consulter un médecin. Signaler à Clearblue toute blessure causée par l'utilisation de ce produit.

Santé Canada conseille aux femmes enceintes d'éviter de consommer de l'alcool pendant la grossesse parce que les effets de l'alcool peuvent poser un risque au bébé, comme le Syndrome d'alcoolisme fœtal (SAF). Vous trouverez de plus amples renseignements sur www.hc-sc.gc.ca

www.clearblue.com
Ligne Assistance Clearblue

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 00, HNE.

1 888 698 5039 Appel gratuit depuis téléphone fixe. Veuillez vous munir du produit et de l'emballage comprenant la pochette d'aluminium lors de votre appel. Les appels sont enregistrés à des fins de formation et de contrôle de la qualité.

Fabricant : SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse.

Clearblue est une marque de commerce de SPD.

© 2020 SPD. Tous droits réservés.

Le Test de grossesse Clearblue avec Indicateur de Semaines est un test de hCG (gonadotrophine chorionique humaine) urinaire disponible sans ordonnance et destiné à détecter la grossesse. Le test peut être utilisé au plus tôt 4 jours avant la date prévue des règles (5 jours avant l'absence de règles).